

Com o devido respeito venho perante a Vossa Senhoria, solicitar esclarecimento referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021**, em conformidade com Edital.

Após análise técnica do descritivo, observou-se que a reunião das características solicitadas no descritivo restringe a participação de alguns equipamentos de marcas como Philips, e Masimo a qual produzem equipamentos amplamente utilizados mundialmente pelos Bombeiros, na Concessão de rodovias, Indústrias, entre vários outros, a qual por anos obtém uma alta aceitação em suas unidades operacionais, sem nenhuma ocorrência que desabone sua qualidade e desempenho.

O edital cita:

Item 4 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Onde diz, "Deverá possibilitar ainda a transmissão de dados armazenados no equipamento, através de tecnologia sem fio, por meio de porta infravermelho, wifi ou bluetooth, para computador que atenda o sistema operacional "Windows 7 ou versão posterior" para acesso dos dados da memória interna ou através de dispositivo de armazenamento externo (cartão de memória ou similar), permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis."

Para a transmissão dos dados do atendimento do FRX é necessário que tenha um computador onde o arquivo deve ser baixado para a possibilidade de transmissão dos dados. Quantas bases receberão os dados caso necessário?

12-DOS PRAZOS

12.1 A entrega do objeto contratual será efetuada em até 20 (vinte) dias úteis, contados apartir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Devido a essa solicitação gostaríamos de esclarecer quanto ao prazo de entrega, o edital solicita prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no entanto, como os produtos a serem ofertados tratam-se de equipamentos importados, o prazo de entrega de 20 dias torna-se inviável, considerando possíveis contratempos na disponibilidade de insumos para fabricação, janela para o transporte aéreo, desembaraço aduaneiro até a efetiva entrega, as importações ainda estão sofrendo com atrasos devido a Pandemia. Por todo o exposto, necessitamos de um prazo de 90 (noventa dias) dias para a entrega, e a possibilidade de uma extensão do prazo de entrega caso necessário, solicitado via carta de prorrogação de prazo de entrega.

Importante esclarecer que, o processo licitatório visa a participação do maior número possível de empresas licitantes, tornando-o competitivo o suficiente para que de fato se possa chegar à proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Nestes termos, pede-se esclarecimento e possível deferimento.

Com o devido respeito venho perante a Vossa Senhoria, solicitar esclarecimento referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021**, em conformidade com Edital.

Após análise técnica do descritivo, observou-se que a reunião das características solicitadas no descritivo restringe a participação de alguns equipamentos de marcas como Philips, e Masimo a qual produzem equipamentos amplamente utilizados mundialmente pelos Bombeiros, na Concessão de rodovias, Indústrias, entre vários outros, a qual por anos obtém uma alta aceitação em suas unidades operacionais, sem nenhuma ocorrência que desabone sua qualidade e desempenho.

O edital cita:

Item 4 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

O edital solicita capacidade de carregamento pelo sistema de energia da ambulância.

O produto que ofertamos conta com bateria de vida útil de pelo menos 4 anos, dispensando assim qualquer tipo de carga neste período. É possível o aceite da tecnologia ofertada?

Importante esclarecer que, o processo licitatório visa a participação do maior número possível de empresas licitantes, tornando-o competitivo o suficiente para que de fato se possa chegar à proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Nestes termos, pede-se esclarecimento e possível deferimento.

Página 1 de 1

Avenida Comendador Franco, 2267 – Casa 2 - Jardim das Américas - 81.530-434 - Curitiba - Paraná -
Brasil

Telefone: (41) 3071-9000 / 9045 E-mail cidinei.silva@sossul.com.br - Site: www.sossul.com.br